ISSOKU

注射器 医療器 検査用ゲージ

Gauges for 6% (Luer) Taper on Medical Equipment

注射器・医用機器のジョイント テーパ部検査用ゲージ

・ゲージメーカーゆえの高精度な寸法管理
・耐食性を考慮した材料を使用
・ISO594－1に基づいたゲージは、6%(Luer)テーパ部寸法の合否判定に使用
・ISO594－2に基づいたゲージは、同規格に定められた漏れ、分離力、外しトルク、組立易さ、乗り上げ抵抗、応力き裂試験に使用
・漏れ試験に使用するゲージには、エアーチューブ取付用の継手を付属

株式会社 第一測範製作所

■ルアーテーパを利用している注射器



ルアーテーパ(luer taper) は、国際的に使用されている接続方法のひとつで、オスルアー (male luer) と、メスルアー (female luer) の2種類があります。差し込むだけで簡単に気密性のよい接続が可能で、注射器をはじめ、医療機器、理化学器具を中心に広く採用されています。

接続口は直径約4㎜の円形で、6/100 のテーパを持ち、詳細は「ISO594」で規定されています。

■注射器用ゲージ　ISO594－1

plug gauge

ring gauge

■医療器用ゲージ　ISO594－2

Fig. 5

Fig. 6



Fig. 7

Fig. 8

株式会社 第一測範製作所
DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.
URL http://www.issoku.jp E-mail info@issoku.jp

ISO14001認証
JQA-EM4941
本社工場

本社・工場
〒947-0044　新潟県小千谷市大字坪野826番地2
TEL(0258)84-3911(代)　FAX(0258)81-2113

ボールねじ事業部　TEL(0258)81-2111(代)　FAX(0258)81-2112
海外営業課　TEL(0258)84-3922(代)　FAX(0258)81-2113
本社営業所　TEL(0258)84-3916　FAX(0258)81-2113
東京営業所　〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目13番12号M&Mビル7階
TEL(03)5812-6722(代)　FAX(03)5812-6725

名古屋営業所　〒460-0022　名古屋市中区金、山2丁目14番1号司ビル3階
TEL(052)331-8521(代)　FAX(052)339-1010
大阪営業所　〒550-0005　大阪市西区西本町2丁目5番28号コスモ西本前ビル4階
TEL(06)6533-3296(代)　FAX(06)6537-2030
北陸営業所　〒930-0034　富山市清水元町1番18号桑島ビル1階
TEL(076)423-5335(代)　FAX(076)494-2202
九州営業所　〒810-0064福岡市中央区地行4丁目3番13号アルテハイム地行101号室
TEL(092)739-7160(代)　FAX(092)739-7161

注:本カタログは改良のため、予告なしに外観・仕様などを変更することがあります。(2011年５月現在)